

## Guía de instrucciones



















Octo Liftsheet se ha diseñado para la elevación y el traslado de pacientes en posición horizontal. Está indicada para utilizarse únicamente con el accesorio OctoStretch™, Art. n.º 3156056.

### ¡IMPORTANTE!

La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Antes de usarlos, lea la guía de instrucciones de la grúa de pacientes y del accesorio Liko OctoStretch. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la seguridad del paciente. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

## Descripción de los símbolos

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.

Símbolo	Descripción
	Advertencia: esta situación requiere cuidado y atención especial.
	Marca CE.
	Fabricante legal.
	Fecha de fabricación.
	Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
	Identificador de producto.
	Número de serie.
	Producto sanitario.
	No limpiar en seco.
	No planchar.
	No secar en secadora.
	Lavado. El símbolo siempre va acompañado de la temperatura recomendada en °C y °F.
	No contiene látex.
	No usar lejía.
	Inspección periódica.
	Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del producto.
	Símbolo en la parte exterior del equipo.
	El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información. (01) Número global de artículo comercial (11) Fecha de fabricación (21) Número de serie

 Producto sanitario de clase I

# Instrucciones de seguridad

## Modificaciones en los productos

Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre las actualizaciones de los productos.

## Design and Quality by Liko in Sweden

El sistema de gestión para la fabricación y el desarrollo del producto está certificado de acuerdo con la norma ISO9001 y su equivalente para el sector de productos sanitarios, la norma ISO13485. El sistema de gestión también posee la certificación medioambiental de acuerdo con la norma medioambiental ISO14001.

## Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

## Cuidado y mantenimiento

Compruebe el producto antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y el desgaste:

- Tejido
- Costuras
- Lazos

**⚠ No utilice accesorios de elevación que estén dañados.**

Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor.

## Instrucciones de lavado

Consulte la etiqueta del producto del accesorio de elevación y el apéndice adjunto "Cuidado y mantenimiento de los arneses Liko".

## Inspección periódica

El producto debe inspeccionarse al menos una vez cada 6 meses. Es posible que se requieran inspecciones más frecuentes si el producto se utiliza o se lava con más frecuencia de lo habitual. Para los protocolos, póngase en contacto con su representante de Hill-Rom.

## Tiempo de vida útil estimado

El producto tiene una vida útil estimada de 5 años. El tiempo de vida útil estimado se basa en 10 usos al día y un lavado a la semana, según las instrucciones de lavado. Hill-Rom recomienda utilizar el producto solo durante el tiempo de vida útil estimado.

## Instrucciones de reciclaje


Todo el producto LiftSheet debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección necesarias del producto sanitario después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo deberá, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hill-Rom para que lo orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

## Descripción general de Liko™ Octo LiftSheet™

Nombre	Talla	Art. n.º	Material	Longitud (a X b)	Carga máx.
Octo LiftSheet	M	3683105	Poliéster	160 x 50 cm (63 x 20 in)	200 kg (440 lb)
Octo LiftSheet	L	3683106	Poliéster	170 x 90 cm (67 x 35 in)	200 kg (440 lb)



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Suecia  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom